



**OGGETTO:** Convenzione per il finanziamento del Progetto di “*Analisi high-content di cellule e vescicole extracellulari per l'identificazione di biomarcatori diagnostici e prognostici nella patologia cardiovascolare*” - Fondi in Conto Capitale 2021-2023 IRCCS”, tra Ministero della Salute e Centro Cardiologico S.p.A. - Fondazione Monzino, identificata dal codice CC-2022-23682658 (fascicolo n. I.9.a.a.3/2023/8).

Avviso pubblico per l'affidamento della fornitura di un citofluorimetro separatore cell sorter da banco, funzionante anche da analizzatore e completo di workstation con software per la gestione dello stesso e per la gestione e l'analisi dei dati.

**CUP B47G23000070001**

**sCIG: C000000013**

#### **Riscontro richiesta di chiarimenti del 29.10.2024**

**Quesito:** *Segnaliamo che il cig da voi indicato (C000000013) non è presente su Anac e che, pertanto, non è possibile effettuare il pagamento obbligatorio del contributo di gara. Vi chiediamo di inserire il CIG su portale Anac.*

**Risposta:** Si precisa che la presente procedura di acquisto non richiede l'estrazione del CIG dal portale ANAC, in quanto si tratta di una procedura di approvvigionamento svolta da soggetto privato non tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, si precisa che il codice identificativo di gara indicato (sCIG) è stato generato conformemente a quanto previsto dall'Atto Aggiuntivo alla Convenzione e dalle relative Indicazioni operative sulla rendicontazione delle spese per l'erogazione del finanziamento del Ministero della Salute, al fine di garantire l'individuazione univoca della procedura, nonché il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

\* \* \*

**Quesito:** *Chiediamo che i modelli “Allegato\_2\_Domanda di partecipazione citofluorimetro-sCIG C000000013” e “Allegato\_3\_Dichiarazioni integrative-sCIG C000000013”, vengano forniti in word.*

**Risposta:** Si conferma che i richiamati allegati sono pubblicati in formato *word* nella sezione del sito istituzionale dedicata all'Avviso in oggetto.

\* \* \*

**Quesito:** *Chiediamo conferma che l'offerta economica debba essere formulata utilizzando l'“Allegato\_4\_Offerta economica citofluorimetro-sCIG C000000013” ed inoltre chiediamo di fornire lo stesso allegato in word.*

**Risposta:** Si conferma che l'offerta economica deve essere formulata utilizzando il relativo allegato. L'allegato è pubblicato in formato *word* nella sezione del sito istituzionale dedicata all'Avviso in oggetto.

\* \* \*



**Quesito:** *Nel Allegato\_1\_ Capitolato citofluorimetro-sCIG C00000013, all'Art. 1 Oggetto della fornitura è previsto che l'apparecchiatura "r) deve essere fornita corredata da manuale d'uso di manutenzione in lingua italiana e in lingua inglese su supporto digitale e cartaceo" ed all'Art. 3. Collaudo è previsto che "Nella fase di Collaudo dovranno essere consegnati al Committente anche il manuale d'uso di manutenzione in lingua italiana e in lingua inglese su supporto digitale e cartaceo".*

*Precisiamo che i manuali d'uso si trovano a bordo degli strumenti.*

*Inoltre, la ns. azienda pone un'attenzione particolare all'impegno per la riduzione dell'impatto sull'ambiente circostante; in questo percorso vi è anche la digitalizzazione della gestione documentale. La digitalizzazione, infatti, diminuendo la necessità di carta, e quindi abbassandone i processi di produzione, consente una minore dispersione di CO2 nell'aria e consente anche il taglio dei costi per la stampa e la trasmissione delle informazioni in forma cartacea.*

*Confermate che i manuali d'uso non debbano forniti in formato cartaceo?*

**Risposta:** Fermo restando che i manuali d'uso devono essere consegnati al Committente nella fase di collaudo, si conferma che gli stessi dovranno essere forniti in lingua italiana e in lingua inglese su supporto digitale. Si fa presente, in ogni caso, che è gradita la consegna anche di una copia cartacea di tali manuali.

Milano, 31/10/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Andrea Bernardinelli